



ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN	Código N° : ECA-MC-P14-F04	Páginas: 1 de 1
	Fecha emisión: 13.07.2004	Versión: 02

Alcance de la Acreditación de Calibraciones No. LC-047

Otorgado a:

Laboratorio de Control de Calidad de Industria Farmacéutica S.A. de C.V. (Infarma) (OEC)¹

Servicio de calibración o medición			Nivel de mensurando o ámbito			Condiciones de medición / variable independiente		Incertidumbre Expandida					Patrones de referencia usados en la calibración		Lista de comparaciones que respaldan esta calibración	Instalaciones	Personal que realiza la calibración
Magnitud	Instrumento o artefacto	Tipo de Instrumento o método	Valor mín.	Valor Máx.	Unidad	Parámetro	Especificaciones	Valor	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	Incertidumbre Expandida Relativa	Patrón	Fuente de Trazabilidad	Evidencia para respaldar el servicio de calibración.	Indicar fijas, móviles, In Situ	Nombres y Puesto dentro del laboratorio
Mecánica/ Masa Instrumentos de pesaje	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático con dispositivo electrónico y analógico	PT-CC-015	0	18	kg	-	-	Menor o iguala que una división de escala del instrumento	kg	2	95%	No	Juego de pesas F1 Juego de pesas F2 Juego de pesas clase M	SCM Metrología y Laboratorios S.A.	Certificado de calibración del equipo	Laboratorio Central Colonia el Prado y servicio in situ	Dra. Marielle Rvera Díaz Dr. Oscar Osorto Láinez

Vigencia de la acreditación:

Del 10 de diciembre del 2007 al 10 de diciembre del 2011

 Licda. Maritza Madriz Picado
 Gerente
 Ente Costarricense de Acreditación - ECA

¹ Insertar el Alcance de acreditación aprobado por la Comisión de Acreditación.